



**Dom zdravlja „Dr Đorđe Lazić“  
Mirna br. 3, Sombor  
28.05.2014.**

## **DODATNA POJAŠNJENJA**

### **PONUĐAČ:**

Uvidom u detaljnu tehničku specifikaciju ustanovili smo da određene tražene karakteristike favorizuju jednog proizvođača na tržištu. Samim tim dovode u pitanje moral doktora i primorava nas da se obratimo agenciji za korupciju, i agenciji za zaštitu prva ponuđača.

S obzirom na uvid i karakteristike na već objavljene tendere na teritoriji Republike Srbije, nikad do sad nismo videli ovako specifičnu i specijalizovanu specifikaciju koja favorizuje jednog proizvođača, bez opravdanog razloga s obzirom da se radi o domu zdravlja.

Samim tim **ZAHTEVAMO DA SE:**

Karakteristika 6. Mogućnost nadogradnje uređaja za merenje SpO<sub>2</sub>, SpCO, SpMETH metodom neosetljivom na pomak ruke, pacijenata pomoću jednog senzora-izbaci, a ostavi mogućnost nadogradnje uređaja za SpO<sub>2</sub>.

Karakteristika 7. Merenje CO<sub>2</sub> i ETCO<sub>2</sub>-kaptopnografija da se ostavi, a da se izbaci ostatak (kontinuirano merenje CO<sub>2</sub> nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom za intubirane i neintubirane pacijente.

Karakteristika 9. uređaj mora imati integrisani modul za pomoć pri kardiopulmonarnoj reanimaciji CPR- da se izbaci pošto tu karakteristiku ima samo jedan proizvođač.

Karakteristika 10. Termo printer širine približno 100mm s preglednim paralelnim ispisom 3 krivulje, da se izmeni i glasi. Termo printer širine približno 80-100mm. sa 4 krivulje.

Karakteristika 11. Uređaj poseduje 2 lion baterije autonomija i baterije približno 6h ili više- da se izmeni i glasi. Uređaj poseduje 2 lion baterije autonomija i baterije približno 5h ili više.

### **ODGOVOR:**

Dom zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ Sombor sprovodi predmetnu javnu nabavku u skladu sa svojim potrebama odnosno nabavka Manuelnog bifazičnog defibrilatora/monitor je namenjen Službi HMP za transport pacijenata sa STEMI infarkt u tercijalnu ustanovu i stoga je neophodan aparat koji će omogućiti uslove adekvatnog praćenja bolesnika za vreme transporta kao i potrebne medicinske intervencije. Komisija za predmetnu javnu nabavku je nakon ispitivanja tržišta konstatovala da se na tržištu nalaze aparati različitih proizvođača koji imaju karakteristike da obezbede napred navedeno i izradila konkursnu dokumentaciju u skladu sa tim tako da ona u potpunosti ostaje ista.

Komisija za javnu nabavku